

武汉市卫生健康委员会办公室文件

武卫办通〔2019〕32号

市卫生健康委办公室关于2018年度二级医疗机构消毒供应中心评审验收情况的通报

各区卫生健康（计生）局，有关医疗卫生单位：

根据《关于开展医疗机构消毒供应中心（室）验收评审和医院感染专项检查的通知》（鄂卫办函〔2011〕111号）文件精神，为进一步提高我市医院感染管理水平，规范全市医疗机构消毒供应中心建设，市卫生健康委委托市医院感染管理质量控制中心（以下简称市院感质控中心）于2018年12月组织专家对2018年度申请消毒供应中心验收的武汉市汉阳区妇幼保健院进行了评审验收。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

评审验收专家组采取听取汇报、查阅资料、现场查看等方式，

根据《湖北省医疗机构消毒供应中心评审验收标准（2018）》从组织管理、规章制度、人员要求及培训、建筑布局、设备与设施、质量管理、监测管理等 7 个方面进行考核评分。同时，针对评审验收中发现的问题对该院下发了整改意见函。

二、工作亮点

（一）组织管理规范

该院领导高度重视消毒供应中心工作，在硬件设施和人员配置方面给予较大投入，对消毒供应中心管理做到了组织完善、措施有力和监管到位，为医疗安全提供了基础性保障。消毒供应中心实行集中管理模式，对可复用器械进行集中清洗、消毒、灭菌和供应。同时，医院感染管理部门负责业务指导，后勤保障部门给予积极支持和配合。

（二）规章制度健全、人员配备基本合理

该院建立健全了各项规章制度及应急预案，完善操作规程和工作职责，制定了年度工作计划，并针对发现的问题进行了分析和总结。消毒供应中心人员配置基本合理，结构不断优化，逐步体现出消毒供应中心的科学性、规范性；工作人员进行了分级、分层培训，记录完整，资料齐全。

（三）建筑布局基本合理，设备设施基本完善

该院消毒供应中心建筑与布局规范，分区明确，工作流程符合规范要求，设备、设施及防护用品基本配备齐全，清洗、灭菌

设备基本符合要求，为集中供应管理提供了保障。

（四）质量管理落实到位

该院消毒供应中心均对回收、分类、清洗消毒、干燥、器械检查与包装、灭菌、储存、发放等环节进行质量控制，灭菌质量监测记录详细完整，清洗消毒灭菌操作均有过程记录。

三、存在的问题

（一）消毒供应中心布局及设施仍待完善。消毒供应中心与手术室无专用的无菌物品发放通道，各区域内无压差表，无信息化管理系统。

（二）质量管理需进一步提高。存在新购置器械使用前处理方法不正确、口腔科器械纸塑包装不正确、口腔科无菌物品过期、自制生物监测包不符合要求等问题。

针对以上存在的问题，该院在规定时间内基本整改到位。

四、下一步工作要求

（一）各区卫生健康行政部门和医疗机构要高度重视消毒供应中心建设工作，提高思想认识，稳步开展消毒供应中心规范化建设。

（二）全市尚未申报验收的二级医疗机构要依据《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》（WS 310.1-2016）等有关行业标准，并对照《湖北省医疗机构消毒供应中心验收评审标准

（2018）》进行自查，积极做好消毒供应中心验收申报准备工作。

拟今年申报验收的单位请按照《关于印发武汉市二级医疗机构消毒供应中心评审验收工作方案的通知》(武医感控[2016] 1号)要求,于2019年7月31日前将相关申报材料报送至市院感质控中心(联系电话:85801825,联系人:龚林,邮箱:niqc@whcdc.org)。

附件:武汉市2018年度消毒供应中心验收合格单位

武汉市卫生健康委员会办公室

2019年7月18日

办公室

附件

武汉市 2018 年度消毒供应中心 验收合格单位

武汉市汉阳区妇幼保健院

2019年7月22日印

武汉市卫生健康委员会

封册

武汉市疾病预防控制中心
2018年新型冠状病毒肺炎
综合防控技术方案

武汉市疾病预防控制中心